



Placa anatómica peroné distal

Las placas de peroné distal están diseñadas para adaptarse anatómicamente al hueso en procedimientos por fractura del maléolo lateral. Permite la utilización poliaxial de tornillos bloqueados de 2.7mm y 3.5mm tanto en las 4 fijaciones distales como en las fijaciones proximales.



El botón específicamente diseñado para la sindesmosis de tobillo con placa se aloja dentro de la placa evitando la sobre exposición y afirmando el anclaje a la misma.

